

项目信息一览表

报告编号: GPJC2210104

共 15 页 第 1 页

委托单位	名称	日照磐钰环保科技有限公司		
	地址	日照市莒县招贤镇		
	联系人	程总	联系电话	18661884963
检测单位	名称	国评检测(山东)有限公司		
	地址	山东省日照高新区高新七路99号		
	联系人	吴同飞	联系电话	0633-7177006
样品类别	地下水、环境空气、噪声			
采样日期	2022.11.15、2022.11.30、2022.12.22			
检测周期	2022.11.30-2022.12.10、2022.12.22-2022.12.25			
检测目的	受日照磐钰环保科技有限公司委托对地下水、环境空气、噪声进行检测			
采样人员	秦绪峰、程善民、董晓明、杨吉祥、何亮文、宋升龙			
检测分析人员	侯玉珠、孟李萍、乔秀荣、郭晋楠、孟峰峰、徐霞、刘艳霞、赵华祥、王晓源、冯超、纪晓、张英明、曹传超、李春晖、朱光军、辛友伶、王红力			
检测结论	检测结果见结果报告单; 检验分析方法、仪器信息见附表3			
说明	无			
报告编制	编制	报告审核	审核签字人	授权签字人
日期	2022.12.28	日期	2022.12.28	日期

全国服务热线: 400-007-0633

科学 权威 公正 高效



GP/CX-A20-01

GPM 国评检测



181512340311

正本

检测报告

GPJC2210104

项目名称: 委托检测
委托单位: 日照磐钰环保科技有限公司
报告日期: 2022.12.26



水质、固体样品检测结果报告单

报告编号: GPJC2210104

共 15 页 第 3 页

受检单位	日照蔚钰环保科技有限公司	受检地址	日照蔚钰环保科技有限公司		
采样时间	2022.11.30	分析日期	2022.11.30-2022.12.10		
样品状态 及特性	采样瓶、无菌袋完好无损；采样量合格； 样品为无色、无味液体。	样品量	塑料瓶:500 mL×12；无菌袋×1； 玻璃瓶:40 mL×6；250 mL×5； 玻璃瓶:500 mL×5；1000 mL×2； 10L 聚乙烯桶×2。		
采样依据	HJ 164-2020 地下水环境监测技术规范	样品名称	地下水		
采样点位	样品编号	分析方法依据	计量单位	检测结果	
GW01 地 下水检测 井	PY221130 GW0101	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	mg/L	0.05L
		耗氧量(KMnO ₄ 法)	GB/T 5750.7-2006	mg/L	0.85
		氨氮	HJ 535-2009	mg/L	0.077
		硫化物	HJ 1226-2021	mg/L	0.003L
		总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	MPN/100mL	2L
		细菌总数	HJ 1000-2018	CFU/mL	63
		亚硝酸盐氮	GB/T 7493-1987	mg/L	0.072
		硝酸盐氮	HJ 84-2016	mg/L	3.87
		氟化物	DZ/T 0064.52-2021	mg/L	0.002L
		氯化物	HJ 84-2016	mg/L	0.664
		汞	HJ 694-2014	mg/L	0.00004L
		砷	HJ 694-2014	mg/L	0.0003L
		硒	HJ 694-2014	mg/L	0.0004L
镉	HJ 700-2014	mg/L	0.00005L		
备注	无				

全国服务热线: 400-007-0633

科学 权威 公正 高效

水质、固体样品检测结果报告单

报告编号: GPJC2210104

共 15 页 第 2 页

受检单位	日照蔚钰环保科技有限公司	受检地址	日照蔚钰环保科技有限公司	
采样时间	2022.11.30	分析日期	2022.11.30-2022.12.10	
样品状态 及特性	采样瓶、无菌袋完好无损；采样量合格； 样品为无色、无味液体。	样品量	塑料瓶:500 mL×12；无菌袋×1； 玻璃瓶: 40 mL×6； 250 mL×5； 玻璃瓶: 500 mL×5； 1000 mL×2； 10L 聚乙烯桶×2。	
采样依据	HJ 164-2020 地下水环境监测技术规范	样品名称	地下水	
采样点位	检测项目	分析方法依据	计量单位	检测结果
GW01 地 下水检测 井	pH 值	HJ 1147-2020	无量纲	7.1
	色度	GB/T 1903-1989	度	<5
	臭和味	GB/T 5750.4-2006	无量纲	无
	浊度	HJ 1075-2019	NTU	0.8
	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006	无量纲	无
	总硬度	GB/T 7477-1987	mg/L	424
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	mg/L	644
	硫酸盐	HJ 84-2016	mg/L	139
	氯化物	HJ 84-2016	mg/L	64.6
	铁	HJ 700-2014	mg/L	0.0615
	锰	HJ 700-2014	mg/L	0.0555
	铜	HJ 700-2014	mg/L	0.00623
	锌	HJ 700-2014	mg/L	0.0295
挥发酚	HJ 503-2009	mg/L	0.0003L	
备注	无			

全国服务热线: 400-007-0633

科学 权威 公正 高效

噪声检测检测结果报告单

报告编号: GPJC2210104

共 15 页 第 9 页

受检单位	日照磐钰环保科技有限公司	受检地址	日照磐钰环保科技有限公司		
检测项目	工业企业厂界环境噪声	校准仪器	AWA6022A 声校准器 (GP-YQ-591)		
现场检测仪器	AWA5688 多功能声级计 (GP-YQ-584)	测试日期	2022.11.15		
检测方法	工业企业厂界环境噪声排放标准	检测依据	GB 12348-2008		
天气情况	晴	风速	1.5 m/s		
检测点位	检测结果 L _{eq} (dB (A))				
	检测时间	昼间	检测时间	夜间	
▲02	18:45	54	22:49	51	
▲03	18:36	58	22:41	53	

附噪声点位图:

海盛新型建材

▲ZS03

项目厂址

▲ZS02 空地

鸿泰路

厂址坐标:
东经: 118.918504°
北纬: 35.724959°

注: ▲ 噪声检测点位

检测期间主要声源为工业生产噪声。

环境空气、大气污染物检测检测结果报告单

报告编号: GPJC2210104

共 15 页 第 8 页

受检单位	日照磐钰环保科技有限公司	受检地址	日照磐钰环保科技有限公司		
样品状态及特性	玻璃纤维圆形滤膜完好无损	样品量	滤膜>5	样品名称	环境空气
检测项目	颗粒物	采样依据	HJ 194-2017 环境空气质量手工监测技术规范		
检测依据	GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法				
采样点位	采样日期	检测结果 (单位: mg/m³)			
		第一次	第二次	第三次	第四次
HJ01 厂界	2022.12.22	0.166	0.207	0.189	0.181
	本页以下空白				
备注	无				

附表 2

环境空气检测期间参数统计表

报告编号: GPJC2210104 共15页 第11页

[illegible]

全国服务热线: 400-007-0633

科学 权威 公正 高效

附表 1

地下水检测期间参数统计表

报告编号: GPJC2210104

采样日期	采样点位	采样时间	水温 (℃)	井深 (m)	埋深 (m)
2022.11.30	GW01 地下水检测井	10:47	10.5	/	/
本页以下空白					
备注	无				

无	备注
---	----

全国服务热线: 400-007-0633

科学 权威 公正 高效

附表 3

检测技术规范、依据及使用仪器

报告编号: GP/C2210104						共 15 页	第 13 页
样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限		
地下水	三氯甲烷	吹扫捕集/气相色谱法-顶置法	HJ 639-2012	GCMS-5977B 气相色谱-顶置联用仪 GP-YQ-490	1.4μg/L		
	四氯化碳	吹扫捕集/气相色谱法-顶置法	HJ 639-2012	GCMS-5977B 气相色谱-顶置联用仪 GP-YQ-490	1.5μg/L		
	苯	吹扫捕集/气相色谱法-顶置法	HJ 639-2012	GCMS-5977B 气相色谱-顶置联用仪 GP-YQ-490	1.4μg/L		
	甲苯	吹扫捕集/气相色谱法-顶置法	HJ 639-2012	GCMS-5977B 气相色谱-顶置联用仪 GP-YQ-490	1.4μg/L		
	细菌总数	平皿计数法	HJ 1000-2018	WS700II恒温恒湿箱 GP-YQ-029 XFS-280MB+手提式压力蒸汽灭菌锅 GP-YQ-356 DSX-24L-I 手提式高压蒸汽灭菌锅 GP-YQ-994	/		
	总大肠菌群	多管发酵法	GB/T 5750.12-2006	WS700II恒温恒湿箱 GP-YQ-029 XFS-280MB+手提式压力蒸汽灭菌锅 GP-YQ-356 DSX-24L-I 手提式高压蒸汽灭菌锅 GP-YQ-994	2 MPN/100mL		
	汞	原子荧光法	HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光光度计 GP-YQ-443	0.04μg/L		
	砷	原子荧光法	HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光光度计 GP-YQ-443	0.3μg/L		
	阴离子表面活性剂	亚甲基蓝分光光度法	GB/T 7494-1987	722 可见分光光度计 GP-YQ-059	0.05mg/L		

全国服务热线: 400-007-0633

科学 权威 公正 高效

附表 3

检测技术规范、依据及使用仪器

报告编号: GP/C2210104						共 15 页	第 12 页
样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限		
地下水	色度	铂-钴标准比色法	GB/T 11903-1989	/	/		
	臭和味	嗅气和尝味法	GB/T 5750.4-2006	/	/		
	浊度	浊度计法	HJ 1075-2019	WZ-3P 浊度计 GP-YQ-013	0.3 NTU		
	肉眼可见物	直接观察法	GB/T 5750.4-2006	/	/		
	pH 值	电极法	HJ 1147-2020	SX751 型 pH/ORP/电导率/溶解氧测定仪 GP-YQ-978	/		
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	722 可见分光光度计 GP-YQ-059	0.025mg/L		
	镉	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	iCAP-RQ ICP-MS GP-YQ-445	0.05 μg/L		
	铅	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	iCAP-RQ ICP-MS GP-YQ-445	0.09 μg/L		
	锰	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	iCAP-RQ ICP-MS GP-YQ-445	0.12 μg/L		
	铜	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	iCAP-RQ ICP-MS GP-YQ-445	0.08 μg/L		

全国服务热线: 400-007-0633

科学 权威 公正 高效