




161500340551



NO:SDJW-H2018899

检测报告

委托单位	日照磐钰环保科技有限公司
项目名称	日照磐钰环保科技有限公司协同山东莒州水泥有限公司处置4万吨/年工业固体废物项目例行监测
检测类别	委托检测

山东经纬检测技术有限公司



注 意 事 项

1. 报告经制表人、审核人、批准人签字，并加盖检验检测专用章后有效。
2. 报告涂改无效；未经授权，不得部分复印本检测报告。
3. 对客户送来的样品，本实验室只对所测样品的数据负责。
4. 委托单位对报告如有异议，请在检测样品有效期内将异议反馈本实验室。

地 址：山东省胶州市南关工业园童心路 58 号

邮 编：266300

电 话：0532-82232796

检测报告

NO: SDJW-H2018899

第 1 页 共 7 页

受检单位	日照磐钰环保科技有限公司	地 址	--
联 系 人	--	电 话	--
检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备型号及名称	方法检出限或测定范围
硫化氢	《空气和废气监测分析方法 第五篇 第四章 十（三）亚甲基蓝分光光度法（B）》国家环境保护总局（2003）（第四版增补版）	V-5800 可见分光光度计	0.002mg/m ³
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）	V-5800 可见分光光度计	0.02 mg/m ³
颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）	FA2004B 电子分析天平	0.01mg/m ³
臭气浓度	《空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993）	—	10（无量纲）
pH 值	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法》（GB/T5750.4-2006）	DZB-718 便携式多参数分析仪	0.00-14.00
总硬度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法》（GB/T 5750.4-2006）	50mL 滴定管	1.0mg/L
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法》（GB/T 5750.4-2006/8.1）	FA2004B 电子分析天平	—
高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法》（GB/T5750.7-2006/1.1）	—	0.05 mg/L
氨氮	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法》（GB/T5750.5-2006/9.1）	V-5800 可见分光光度计	0.02 mg/L
硝酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法》（GB/T 5750.5-2006）	PIC-10 型 离子色谱仪	0.15mg/L~2.5mg/L

检测报告

NO: SDJW-H2018899

第 2 页 共 7 页

检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备型号及名称	方法检出限或测定范围
亚硝酸盐	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标(10.1) 重氮偶合分光光度法》 (GB/T 5750.5-2006)	V-5800 可见分光光度计	0.001mg/L
硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 离子色谱法》 (GB/T 5750.5-2006)	PIC-10 型离子色谱仪	0.75mg/L~12mg/L
氯化物	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 离子色谱法》 (GB/T 5750.5-2006/2.2)	PIC-10 型离子色谱仪	0.15mg/L~2.5mg/L
挥发酚	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法》(GB/T5750.4-2006)	V-5800 可见分光光度计	0.002mg/L
砷	《生活饮用水标准检验方法金属指标氢化物原子荧光法》 (GB/T5750.6-2006/6.1)	AFS-8230 原子荧光分光光度计	1.0 µg/L
镉	《生活饮用水标准检验方法金属指标无火焰原子吸收分光光度法》 (GB/T5750.6-2006/9.1)	AA-6880G 原子吸收分光光度计（石墨炉）	0.5µg/L
总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法微生物指标多管发酵法》 (GB/T5750.12-2006/2.1)	DHP-420BS 电热恒温培养箱	2MPN/100mL
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）	AWA5688 型多功能声级计	——
土壤 pH 值	《森林土壤 PH 的测定》 (LY/T1239-1999)	PHBJ-260 便携式 PH 计	0.00-14.00
镉	《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T 17141-1997)	AA-6880G 原子吸收分光光度计（石墨炉）	0.01mg/kg
汞	《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第 1 部分：土壤中总汞的测定》 (GB/T 22105.1-2008)	AFS-8230 原子荧光光度仪	0.002mg/kg

检测报告

NO: SDJW-H2018899

第 3 页 共 7 页

检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备型号及名称	方法检出限或测定范围
铅	《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》 （GB/T 17141-1997）	AA-6880G 原子吸收分光光度计（石墨炉）	0.1mg/kg
以下空白			
检验结论	本报告仅对样品负责，不做结论。		
备 注	 （检验检测专用章） 签发日期：2018年10月21日		

编制:

编制: 李 强

审核:

审核: 李

批准:

批准: 姜中 刘德